

生物实验室设施/设备监测、检测和维护制度

一、主要仪器设备应建立使用记录、有操作规程、注意事项、相关技术参数和维护记录、并置于显见易读的位置。仪器使用者必须认真遵守操作规程、并做好仪器设备使用记录定期维护仪器设备。

二、使用直接接触污染物的仪器设备前，必须确认相应的安全防护装置能正常启用。实验工作完成后必须对接触污染物的仪器设备进行相应的清洗、消毒。

三、高压灭菌器使用时，定期进行生物学指示剂检测。

四、冰箱应定期化冰、清洗，发现问题及时维修。实验区冰箱内禁止放个人物品及与实验无关的物品。

五、所有仪器设备在维修和维护保养前运出实验室前先进行消毒处理健康医疗监护制度。